



**IZRAKSTS**

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2**

Iepirkuma priekšmets:	Tehniskā aprīkojuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/15)	Rīkojums:	09.05.2018. rīkojums Nr. 01-05/75 par iepirkuma komisijas izveidošanu
Pasūtītājs:	VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”		
Iepirkuma procedūra:	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā		
Datums:	07.06.2018.		
Laiks:	13:00		
Vieta:	Rīga, Tvaika iela 2		
Komisijas sēdi vada:	Iveta Ķiece		
Komisijas sēdi protokolē:	Dace Baltiņa		

Sēdē piedalās:

<b>Komisijas sastāvs</b>			
	<b>Vārds, Uzvārds, statuss</b>	<b>Piedalās</b>	<b>Amats</b>
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”	Iveta Ķiece, komisijas priekšsēdētāja	Piedalās	Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja
	Andris Žukovskis, komisijas loceklis	Piedalās	Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs
	Dace Baltiņa, komisijas locekle	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projekta vadītāja
	Dace Baltiņa, komisijas sekretāre	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projekta vadītāja

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem:

1) par pretendenta uzdoto jautājumu.

<b>Nr. p.k</b>	<b>Ziņo/ nolemj/ jautā</b>	<b>Risināmais jautājums</b>
<b>1.</b>		<b>Par pretendenta uzdoto jautājumu</b>
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja/ iepirkuma komisija	<p>Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti pretendenta jautājumi un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.</p> <p><i>Pretendents:</i>  <i>Man ir jautājumi par iepirkumu „Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām”</i></p> <p>1) 2.daļas 1.1., 1.2. un 1.3. pozīcijās tiek prasītas gultas – gribu precizēt, cik plati būs matračī;</p> <p>2) 2.daļā 1.1. un 1.2. pozīcijās tiek prasīti gultu augstumi (45 un 47 cm), gribu precizēt, vai tas ir ar matracis;</p> <p>3) 2.daļā 3. pozīcijā tiek prasīti guļrati ar bortiem pacientu pārvadāšanai ,vēlos</p>

	<p><i>precizēt vai bortu vietā var būt sprādzes pacientu fiksēšanai?</i></p> <p><b>Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt skaidrojumu, norādot, ka:</b></p> <p><b>1) iepirkuma 2.daļas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozīcijā Nr.1.1 norādītajām gultām gultas matrācis būs 85 cm;</li><li>- pozīcijā Nr.1.2 un Nr.1.3 norādītajām gultām matrācis būs 90 cm;</li></ul> <p><b>2) iepirkuma 2.daļas pozīcijā Nr.1.1 un Nr.1.2 norādīto gultu augstumam jābūt 45 cm (<u>neskaitot matrāča augstumu</u>);</b></p> <p><b>3) iepirkuma 2.daļas pozīcijā Nr.3 norādītajiem gulrātiem <u>jābūt ar bortiem.</u></b></p>
--	---

Sēdes beigas: 07.06.2018., plkst. 13:30

Komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_/I. Ķiece/

Komisijas locekļi: \_\_\_\_\_/A. Žukovskis/

\_\_\_\_\_/D.Baltiņa/

Komisijas sekretāre \_\_\_\_\_/D. Baltiņa/